

CERTIFICADO DE ENSAIO

PROCESSO
NÚMERO: 241/2021

Página 1 de 1

ENTIDADE

NOME	AMAK - Associação Madeirense de Automobilismo e Karting
ENDEREÇO	Rua do Carmo nº 2 B - 1º andar, sala 15
CÓDIGO POSTAL	9050 - 019 Funchal

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

DESIGNAÇÃO	Instrumentos de Pesagem
MARCA	Intercomp
MODELO	SW650
NÚMERO	0429M20004

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

ERRO MÁXIMO ADMISSÍVEL	±1,5 kg (EMA IP classe III)
ALCANÇE MÁXIMO	2000 kg
ALCANÇE MÍNIMO	10 kg
DIVISÃO	0,5 kg

OPERAÇÃO EFECTUADA

DATA	16-06-2021
MÉTODO	Decreto-Lei n.º 320/2019, de 19 de setembro
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA	IT LMM 01 06 - Instrução de Trabalho de CM de IP
RASTREABILIDADE METROLÓGICA	NI 110 a NI 135, NI 194 e NI 195
RESULTADO	Erro máximo (aos 1500 kg) = -1,25 kg

Nota: ---

Canico, 17 de junho de 2021


Jorge Shone
TÉCNICO METROLOGISTA


João Rodrigo Oliveira de Castro e Andrade
CHEFE DE DIVISÃO
LABORATÓRIO DE METROLOGIA DA MADEIRA